



**INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.**

třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

**ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ DIVIZE ZKUŠEBNICTVÍ**

vystavuje

**ATEST**

**č. 412109204-01**

na vzorky:

**Náustky z polypropylenu bezbarvé**

**Typ: CA/FC Series, AL Series, DA Series**

zadavatele:

**V – NET s.r.o., 687 31 Šumice 139**

**IČ: 26966034**

**Vyhodnocení stanovených parametrů vzorků:**

Stanovené hodnoty technických parametrů uvedené na stranách 2 a 3 tohoto atestu -

- **vyhovují** vybraným parametrům směrnice Směrnice evropského parlamentu a rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček
  - Migrace určitých prvků dle ČSN EN 71-3+A3
- **vyhovují** vybraným požadavkům dle Metodického doporučení SZÚ č. 1/2000, k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic, Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica č. 3/2000, Tabulka č. 3 Základní kritéria pro hodnocení výrobků z plastů, v parametru – celková migrace
- vzorek **nevykazuje cizorodý pach ani chuť**

Atest byl vystaven na základě akreditovaného zkušebních protokolu: č. 412109204-01 vydaného dne 23. 8. 2019.

**Datum vystavení:** 23. 8. 2019

**Platnost atestu do:** 31. 8. 2023



**Ing. Jiří Samšonek, Ph.D.**  
vedoucí zkušební laboratoře

*Podmínky použití Atestu a související informace:*

1. Atest se vztahuje pouze ke vzorku námi zkoušenému.
2. Atest zůstává v platnosti, pokud nedojde ke změnám výrobní technologie, použitých materiálů a norem nebo příslušných předpisů, avšak nejdéle do data platnosti Atestu.
3. Pokud se na výrobek vztahují další požadavky národních nebo EU legislativních předpisů, ATEST nenahrazuje postupy a dokumenty nezbytné k posouzení shody s těmito předpisy

Strana 1 (celkem 3)