Alkohol testery

Testy na drogy

www.promile.cz
www.alkotesty.sk

Úvod

Vážení zákazníci,

dostává se Vám do rukou katalog zaměřený na detekci drog a alkoholu v těle člověka. Zatímco detektory alkoholu jsou elektronická zařízení na více použití, detekce drog se provádí jako jednorázový test buď ze slin nebo z moči.
Naše firma se zabývá detektory alkoholu více jak tři roky. Za tu dobu jsme se stali leaderem na českém a slovenském trhu. Důkazem toho je výhradní zastoupení dvou předních světových výrobců Lifeloc Technologies – USA (FC 10, FC10Plus, FC20, FC 20KIT) a Sentech Korea (AL2500, AL3500, AL5000, AL6000). Dalším významným krokem bylo zahájení vlastní výroby náustků za bezkonkurenčně nízkou cenu. Dosud bylo vyrobeno 1 350 000 náustků.
Naše nabídka zahrnuje všechny varianty detektorů jak podle způsobu použití, tak podle ceny. Především bych chtěl upozornit na to, že prodáváme pouze detektory, které se dají nakalibrovat na simulátorech alkoholu v dechu. Kalibrování je velmi důležité, protože při používání detektoru se postupně opotřebí čidlo a tím se mění hodnoty, které naměří.
Jaký detektor vybrat?
Výběr detektoru závisí hlavně na jeho využití. Pokud chcete detektor jen pro vlastní potřebu stačí detektor bez náustků – AL2500. Svou cenou a výkonem je to v současné době nejlepší varianta. Na výsledek měření bez náustku má velký vliv vzdálenost a intenzita výdechu.
Pro firmy jsou vhodnější detektory s náustkem. Tady je zaručena kontrola délky vdechu a testovaný vzorek je směřován přímo k čidlu detektoru. U firemních detektorů záleží na tom, jestli chcete mít měřidlo stanovené nebo pouze pracovní (orientační).
Detektory alkoholu se nově od 2.4. 2006, kdy vešla v platnost vyhláška 65/2006 Sb., rozdělují na dvě skupiny měřidel:
1. Pracovní měřidla – detektory s přesností - 6 % a více.
2. Stanovená měřidla – detektory s přesností - 5% a méně vybavené pamětí.
Pracovní měřidla byly dosud všechny detektory. Výsledky měření se braly vždy jako orientační dechová zkouška - tady se nic v případném způsobu postihu a dokazování nemění. Stanovená měřidla - detektor FC20 - odpovídají svojí konstrukcí a vybavením (paměť, datum, čas, přenos dat do PC) náročným metrologickým požadavkům vycházejícím z Mezinárodní organizace pro legální metrologii OIML R.126. Výsledky naměřené detektorem FC20 se dají použít i jako důkazní materiál u soudu. Stanovené měřidlo Vám usnadní spoustu práce s následným postihem Vašich zaměstnanců. Údaje takto naměřené jsou již nezpochybnitelné.
Výběr také záleží na počtu měření které se s detektorem provedou za jeden měsíc. Pokud je tato hodnota vyšší než 150 je lepší koupit profi detektor řady FC Series. Je to dáno nutností častější kalibrace u polovodičových detektorů a jejich životností. Profi detektory nemají žádné omezení na počet měření.
Testy na drogy jsou v současnosti úplnou novinkou, i když se tato problematika dotýká nás všech již řadu let. S předstihem představujeme ucelenou nabídku testů, ze které si zajisté vybere každý.

Radek Všetečka
Jednatel společnosti

Obsah

AL 6000	3
AL 6000C – připojení k počítači	4
AL 6000P – připojení k tiskárně	4
AL 3500 – detektor na mince	5
AL 5000	6
AL 2500 – bez náustků	7
CA 2000	8
FC Series (profi) – FC10, FC10 Plus	9
FC 20, FC20KIT – Stanovené měřidlo	9
Náustky, Kalibrace, Servis	11
Porovnání technických parametrů	12
Testy na drogy z moči – úvod	13
Testovací proužky – 1 test, doplňky	14
Testovací kazety – 1 test	15
Testovací kazety – multitest	15
Testovací kazety – 10 testů	16
Samostatný multi – drogový testovací pohárek	16
Testy na drogy ze slin – úvod	17
Test ze slin – Oraline	17
Test ze slin – iScreen	18



AL-6000

MOŽNOST POUŽITÍ I BEZ NÁUSTKU

» Kompaktní, přesný, spolehlivý,
elegantně vypadající a snadno ovladatelný
» AL 6000 můžete použít všude,
kde je potřeba provádět prevenci užívání alkoholu
» Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 – 4,0 promile
» Rychlé zahřátí senzoru a krátká doba regenerace
» Počítadlo provedených měření
» Kontrola množství vdechnutého vzduchu
» Koženkové pouzdro na opasek

S náustkem

Bez náustku

SPECIFIKACE:

Rozměry:	12,5 x 6,5 x 3,8 cm
Hmotnost:	116 g – včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semiconductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	15 sec.
Baterie:	2 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	200 měření
Rozsah měření:	0,0 – 4,0 promile
Provozní teplota:	+10 – +40°C
Přesnost:	+/- 10%
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 měsících případně po cca 500 měření
Životnost senzoru:	cca 3000 měření (lze vyměnit)
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

Výhradní zastoupení pro CZ

AL-6000C
computer

» Vlastnosti shodné s AL6000
» Připojení přes USB k počítači
» Záznam naměřených hodnot do PC – pokud je připojen USB kabel



Program MAX
» Evidence naměřených hodnot (datum + čas + naměřená hodnota)
» Databáze zkoušených osob (číslo + jméno)
» Ovládání detektoru přímo z počítače
» Export dat do Excelu
» Tisk na tiskárnu
– podle osob, data, hodnot
» Zálohování dat

Obsah balení:
Detektor, pouzdro, program MAX, USB kabel, 50 náustků

AL-6000P
printer

Vlastnosti shodné s AL-6000 «
Možnost připojení k tiskárně «
Tisk naměřené hodnoty « přímo na tiskárnu

Obsah balení:
Detektor, pouzdro, tiskárna + zdroj, propojovací kabel, 50 náustků

Výhradní zastoupení pro CZ

AL-3500 DIGITÁLNÍ DETEKTOR ALKOHOLU NA MINCE

V restauracích se detektor stává oblíbenou atrakcí všech večírků, oslav a svateb.

V hotelích je oblíben jako ranní jistota před usednutím za volant.

Obsah dodávky:
AL 3500 – digitální detektor alkoholu
Zdroj AC/DC 9V
100 ks slámek
1 ks náhradní senzor
Návod k použití

SPECIFIKACE:

Rozměry:	50 cm x 35 cm x 20 cm
Hmotnost:	5,5 kg
Typ senzoru:	Advanced Semiconductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	30 sec.
Napájení:	220V
Rozsah měření:	0,0 – 4,0 promile
Provozní teplota:	+10 – +40°C
Přesnost:	+/- 10%
Kalibrace:	Provádí se výměnou zkalibrovaného senzoru
Životnost senzoru:	cca 400 měření (lze jednoduše uživatelsky vyměnit)
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky, nevztahuje se na senzor detektoru

AL-5000

» Počítadlo provedených měření
» Kontrola množství vdechnutého vzduchu
» Pouzdro na opasek

SPECIFIKACE:

Rozměry:	11,6 x 5,9 x 2,7 cm
Hmotnost:	105 g – včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semiconductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	15 sec.
Baterie:	2 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	200 měření
Rozsah měření:	0,0 – 4,0 promile
Provozní teplota:	+10 – + 40°C
Přesnost:	+/- 10 %
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 měsících případně po cca 500 měření
Životnost senzoru:	cca 3000 měření (lze vyměnit)
Certifikát:	CE, ČMI
Záruka:	2 roky

Výhradní zastoupení pro CZ



AL-2500

» Kompaktní, přesný, spolehlivý,
elegantně vypadající a snadno ovladatelný.
» Nízká hmotnost
» Stylový design
» Použití bez náustku

MALÉ ROZMĚRY

SPECIFIKACE:

Rozměry:	10,4 x 4,0 x 2,0 cm
Hmotnost:	85 g – včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semiconductor Oxide Senzor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	15 sec.
Baterie:	2 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	200 měření
Rozsah měření:	0,0 – 4 promile
Provozní teplota:	+10 – +40°C
Přesnost:	+/- 15%
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 měsících případně po cca 500 měření.
Životnost senzoru:	cca 2000 měření (lze vyměnit)
Certifikát:	CE
Záruka:	2 roky

Výhradní zastoupení pro CZ

CA-2000

» Kompaktní, přesný, spolehlivý,
elegantně vypadající a snadno ovladatelný
» CA 2000 můžete použít všude, kde je potřeba
provádět prevenci užívání alkoholu
» Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 – 4,0 promile

OBSAH BALENÍ:

CA2000 – digitální detektor
Alkalická 9V baterie
5ks náustků
cigaretový JACK pro použití v autě
pouzdro

SPECIFIKACE:

Rozměry:	12 x 6,0 x 2,5 cm
Hmotnost:	200 g – včetně baterie
Typ senzoru:	Advanced Semiconductor Oxide Sensor
Čas přípravy k měření:	20 sec.
Čas reakce:	4 sec.
Doba regenerace:	30 sec.
Baterie:	9V alkalická
Životnost baterie:	více jak 300 měření
Rozsah měření:	0,0 – 4,0 promile
Provozní teplota:	+10 – + 40°C
Přesnost:	+/- 10%
Kalibrace:	doporučuje se při běžném používání po 6 – 12 měsících, případně po cca 600 měření
Životnost senzoru:	cca 3000 měření (lze vyměnit)
Certifikát:	CE, ČMI
Záruka:	2 roky
Napájení:	9V baterie, cigaretový JACK pro použití v autě

FC Series [profi]

FC 10
FC 10 Plus
FC 20 - stanovené měřidlo
FC 20 Kit - stanovené měřidlo

MĚŘÍ NA TISÍCINY PROMILE

SPECIFIKACE:

Rozměry:	12,7 x 6,6 x 3,3 cm
Hmotnost:	255 g – včetně baterií
Typ senzoru:	Fuell Cell
Čas přípravy k měření:	10 sec.
Čas reakce:	3 sec.
Doba regenerace:	3 – 25 sec.
Baterie:	4 x 1,5V AA alkalická
Životnost baterie:	více jak 5000 měření
Rozsah měření:	0,0 – 6,0 promile
Provozní teplota:	0 – +40°C
Přesnost:	+/- 5%
Kalibrace:	doporučuje se po 6 měsících
Životnost senzoru:	neomezena
Certifikát:	CE, ČMI
Záruka:	2 roky

Výhradní zastoupení pro EVROPA

» Vysoká přesnost
» Velký rozsah měření 0,0 – 6,000 promile
» Kompletní menu v češtině
» Rychlé zahřátí senzoru
» Krátká doba regenerace
» Velký LCD displej
» Automatické podsvícení disleje
» Grafické zobrazení síly vdechovaného vzduchu a obsahu alkoholu v průběhu měření
» Automatické vypnutí
» Zobrazení poslední naměřené hodnoty
» Automatický test – kontrola síly dechu a objemu vdechnutého vzduchu
» Manuální test – použití při potížích s dechem – astma
» Počítadlo provedených měření
» Připojení k PC – diagnostika

FC 10 Plus umožňuje:

» Pasivní test – možnost použití bez náustků

FC 20 je rozšířen o tyto funkce:

» Paměť na 500
» Připojení k počítači, možnost tisku na tiskárnu
» Reálný datum a čas
» Nastavení automatického vypnutí
» Nastavení kontrastu displeje
» Omezení manipulace heslem
» Nastavení kalibračního intervalu
» Nastavení ID testované osoby
» Software pro komunikaci s PC, přenos dat a následná archivace, tisk naměřných hodnot

FC 20 Kit:

» Rozšířen o tiskárnu na samopropisovací papír 3 kopie

Obsah balení kufříku:
FC 20
4 ks 1,5V AA baterie
propojovací kabel - detektor tiskárna
propojovací kabel - detektor PC
tiskárna s dobíjecí baterií
dobíječka pro tiskárnu
CAR adapter pro tiskárnu
Software pro zpracování dat v PC
10 ks náustků

Náustky

Vzhledem k tomu, že cena originálních náustků je neúměrně vysoká, máme zajištěnu vlastní výrobu v ČR z hygienicky nezávadného materiálu (polypropylen).

Provedení a výrobní postup je chráněn jako užitný vzor.

» Skupinové balení – 50 ks

» Balení každý samostatně

Kalibrace

Kalibraci detektorů provádíme pomocí simulátoru alkoholu v dechu (Alcohol breath test simulator).
Zařízení je navázáno na etalony Českého metrologického institutu.

Ke každému detektoru je po kalibraci vydán Kalibrační protokol.

Guth Laboratories 10–4

Servis

Na všechny detektory zajišťujeme záruční a pozáruční servis. Čidlo detektoru CA 2000, AL6000(C,P)/AL5000/AL2500 jsme schopni na počkání vyměnit. Veškeré pracovní postupy jsou prováděny na základě materiálů poskytnutých výrobcem.

Porovnání technických parametrů

stanovené měřidlo | stanovené měřidlo

	AL-6000	AL-6000C	AL-6000P	AL-5000	AL-2500	CA2000	FC 10	FC 10 Plus	FC 20	FC 20 KIT
Rozměry (cm):	12,5x6,5x3,8	12,5x6,5x3,8	12,5x6,5x3,8	11,6x5,9x2,7	10,4x4,0x2,0	12,0x6,0x2,5	12,7x6,6x3,3	12,7x6,6x3,3	12,7x6,6x3,3	12,7x6,6x3,3
Hmotnost:	117g	117g	117g	105 g	85 g	200 g	255 g	255 g	255 g	255 g
Rozsah měření (promile):	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 4,0	0,0 - 6,0	0,0 - 6,0	0,0 - 6,0	0,0 - 6,0
Baterie:	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	2 x 1,5V	1 x 9V	4 x 1,5V	4 x 1,5V	4 x 1,5V	4 x 1,5V
Životnost baterie (měření):	200	200	200	200	200	300	5000	5000	5000	5000
Přesnost +/- :	10%	10%	10%	10%	15%	10%	5%	5%	5%	5%
Provozní teplota:	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	+10 - +40	0 - +40	0 - +40	0 - +40	0 - +40
Kalibrace:	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano	ano
Náustek:	ne/ano	ne/ano	ne/ano	ano	ne	ano	ano	ne/ano	ne/ano	ne/ano
Kontr. množ. vdechnutého vzduchu:	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano
Počítadlo měření	ano	ano	ano	ano	ne	ne	ano	ano	ano	ano
Paměť:	ne	ne	ne	ne	ne	ne	poslední měření	poslední měření	500 měření, + datum a čas	500 měření, + datum a čas
Přenos dat do PC:	ne	ano	ne, vlastní tiskárna	ne	ne	ne	ne	ne	ano	ano, vlastní tiskárna
Doporučené použití:	osobní firemní	firemní policie	firemní policie	osobní firemní	osobní firemní	osobní firemní	firemní policie	firemní policie	firemní policie	firemní policie



Testy na drogy z moči

Postup testu:
Proužek se ponoří do vzorku moči na 20 vteřin. Poté se položí na čistý vodorovný povrch a nechá se volně ležet. Test je vyhodnocen za 5 minut. Výsledky se nedoporučují číst po době delší než je uvedený čas. Mohou být zkreslené.

Interpretace výsledků:
Každý testovací proužek má 2 rozdílné oblasti. Kontrolní zónu (C) a testovací oblast (T).

» **Pozitivní výsledek:**
V testovacím poli pro danou drogu se neobjeví barevná linie.

» **Negativní výsledek:**
V testovacím poli pro danou drogu se objeví barevná linie.

» **Linie "C":**
Tato linie slouží jako kontrola správného provedení testu. Musí se zobrazit i při pozitivním i při negativním výsledku testu. Pokud se nezobrazí, test je neplatný a musí se provést znovu použitím nového testu.



1 – Nový nepoužitý proužek
2 – Výsledný test: Negativní
3 – Výsledný test: Pozitivní
C – Kontrolní zóna
T – Testovací oblast

Droga	Detekční hranice	Doba zjištění po požití
AMP – Amfetamin	1000 ng/ml	1–3 dny
BZD – Benzodiazepany (Bennies, Valium, Rohypnol)	300 ng/ml	1–3 dny
COC – Kokain (Crack, Coke)	300 ng/ml	2–4 dny
MET – Metamfetamin (Speed, Crank, Extáze, Pervitin)	1000 ng/ml	1–4 dny
MOR – Morfium, Opium, Heroin	300 ng/ml	2–3 dny
THC – Cannabinoidy (Marihuana, Hašiš, Pot)	50 ng/ml	3–5 dnů
BAR – Barbituráty	300 ng/ml	4–5 dnů
MTD – Methadon	300 ng/ml	2–3 dny
PCP – Phencyclidin (Angel Dust – Andělský prach)	25 ng/ml	2–4 dny
TCA – Tricyklické anti–depresanty	1000 ng/ml	2–3 dny
PPX – Propoxyphen	300 ng/ml	1–3 dny
OXY – Oxycodone	100 ng/ml	1–3 dny

• Testovací proužky

Snadný, rychlý, kvalitní test pro zjištění přítomnosti drog v moči

Test zjišťuje pomocí speciálních proužků přítomnost:

» AMP – Amfetamin
» BZD – Benzodiazepany
(Bennies, Valium, Rohypnol)
» COC – Kokain (Crack, Coke)
» MET – Metamfetamin
(Speed, Crank, Extáze, Pervitin)
» MOR – Morfium, Opium, Heroin
» THC – Cannabinoidy
(Marihuana, Hašiš, Pot)
» BAR – Barbituráty
» MTD – Methadon
» PCP – Phencyclidin
(Angel Dust – Andělský prach)
» PPX – Propoxyphen
» TCA – Tricyklické anti–depresanty
» OXY – Oxycodone

Doplňky:

Pohárky na moč 4 druhy:
» Pohárky se stlačujícím víčkem
» Pohárky se stlačujícím víčkem s teploměrem
» Pohárky se šrubovacím víčkem
» Pohárky se šrubovacím víčkem s teploměrem

Teploměr

Kapátka





• Testovací kazety - 1 test

Rychlý, spolehlivý test určený pro zjištění přítomnosti drog v moči.

Test je dostupný pro 11 skupin drog:

» AMP – Amfetamin
» BAR – Barbituráty
» BZD – Benzodiazepany (Bennies, Valium, Rohypnol)
» COC – Kokain (Crack, Coke)
» MET – Metamfetamin
(Speed, Crank, Extáze, Pervitin)
» MOR – Morfium, Opium, Heroin
» MTD – Methadon
» PCP – Phencyclidin (Angel Dust – Andělský prach)
» TCA – Tricyklické anti–depresanty
» THC – Cannabinoidy (Marihuana, Hašiš, Pot)
» PPX – Propoxyphen

• Testovací kazety - multitest

Rychlé, kvalitní testy zjišťující
přítomnost drog v moči

Dostupné ve třech standardních variantách:

Kazeta II – panel obsahující 2 testy, které zjišťují přítomnost:
» COC – Kokain (Crack, Coke)
» THC – Cannabinoidy
(Marihuana, Hašiš, Pot)

Kazeta III – panel obsahující 3 testy, které zjišťují přítomnost:
» COC – Kokain (Crack, Coke)
» THC – Cannabinoidy
(Marihuana, Hašiš, Pot)
» MOR – Morfium, Opium, Heroin

Kazeta IV – panel obsahující 4 testy, které zjišťují přítomnost:
» MET – Metamfetamin
(Speed, Crank, Extáze, Pervitin)
» COC – Kokain (Crack, Coke)
» THC – Cannabinoidy
(Marihuana, Hašiš, Pot)
» MOR – Morfium, Opium, Heroin

• Testovací kazety - 10 testů

Kvalitní, rychlý test pro detekci 10 skupin drog z moči

Panel 10 zjišťuje přítomnost následujících 10 skupin drog:

» AMP – Amfetamin
» BAR – Barbituráty
» BZD – Benzodiazepany
(Bennies, Valium, Rohypnol)
» COC – Kokain (Crack, Coke)
» MET – Metamfetamin
(Speed, Crank, Extáze, Pervitin)
» MOR – Morfium, Opium, Heroin
» MTD – Methadon
» PCP – Phencyclidin
(Angel Dust – Andělský prach)
» TCA – Tricyklické anti–depresanty
» THC – Cannabinoidy
(Marihuana, Hašiš, Pot)

• Samostatný, multi-drogový testovací pohárek

Jedinečný design dělá test rychlým, polehlivým a cenově dostupným. Každý pohárek obsahuje teplotní proužek pro okamžité rozpoznání znehodnocení vzorku moči.

Je navržen pro detekci následujících drog:

» THC – Cannabinoidy (Marihuana, Hašiš, Pot)
» MOR – Morfium, Opium, Heroin
» COC – Kokain (Crack, Coke)
» MET – Metamfetamin
(Speed, Crank, Extáze, Pervitin)
» PCP – Phencyclidin
(Angel Dust – Andělský prach)
» BZD – Benzodiazepany
(Bennies, Valium, Rohypnol)

Kontrola kvality
vzorku moči (zkouší jestli
vzorek není zředěn)







Test na drogy ze slin

Postup:

1. Vyjměte test z pouzdra. Ověrte zda je zobrazeno všech 5 zelených linií v testovacím poli. Pokud není zobrazeno všech 5 linií, použijte nový test.
2. Označte test testovanou osobou (ID) nebo číslem. Sejměte vršek.
3. Nechte testovanou osobu nahromadit dostatečné množství slin. Poté vložte konec lžíce do úst testované osoby a odeberte vzorek. Když vzorek odebíráte, ujistěte se, že je lžíce ve vodorovné poloze, jak je nakresleno na obrázku.
4. Jakmile je lžíce naplněná nepřemísťujte víko dokud nebude vzorek zobrazen v testovacím poli. Umístěte test na bezpečný, rovný povrch a nechte test vyhodnotit. Trvá to zhruba 10 – 12 minut.
5. Výsledek testu můžete přečíst v testovacím poli za 10 – 12 minut. Zkontrolujte, zda je zřetelná kontrolní linie (C) než začnete výsledek číst.

Interpretace výsledků:

» **Pozitivní výsledek:**
V testovacím poli pro danou drogu se neobjeví barevná linie. Objeví se pouze kontrolní linie “C”.

» **Negativní výsledek:**
V testovacím poli pro danou drogu se objeví barevná linie. Taktéž se objeví kontrolní linie “C”.

» **Linie “C”:**
Tato linie slouží jako kontrola správného provedení testu. Musí se zobrazit i při pozitivním i při negativním výsledku testu. Pokud se nezobrazí, test je neplatný a musí se provést znovu použitím nového testu.

• Test ze slin - OraLine®

Rychlý, přesný a cenově dostupný

» Výsledky testu už za 10 – 12 minut!
» Provádí rychlé výsledky THC, COC, OPI a MET
» Snadný pro provedení kdekoliv a kdykoliv
» Patentovaný sběrný proces je bezpečný a čistý

• Test ze slin - iScreen

Rychlý, přesný a cenově dostupný

» Výsledky testu už za 10–15 minut!
» Provádí rychlé výsledky AMP, THC, PCP, COC, OPI a MET
» Snadný pro provedení kdekoliv a kdykoliv
» Patentovaný sběrný proces je bezpečný a čistý

» **Snadná aplikace testu**

Ukázka rozložené sady

Detekované drogy	Detekční hranice
AMP – Amfetamin	1000 ng/ml
PCP – Phencyclidin	25 ng/ml
THC – Cannabinoidy (Marihuana, Hašiš, Pot)	4 ng/mL
OPI – Opiáty (Heroin, Morfium, Codein)	40 ng/mL
COC – Kokain (Crack, Coke)	25 ng/mL
MET – Methamphetamin (Speed, Crank, Extáze)	50 ng/mL



DISTRIBUTOR

Zastoupení pro CZ

V - NET s.r.o.
Neradice 2324
688 01 Uherský Brod
Tel.: 572 639 076
Fax: 572 632 737
E-mail: prodej@v-net.cz
www.promile.cz
www.alkotesty.cz

Zastoupení pro SK

Alkoma s.r.o.
Bratislavská 36
911 01 Trenčín
Tel.: 032/6587 041
Fax: 032/6587 042
E-mail: obchod@alkoma.sk
www.alkotesty.sk
www.alkoma.sk

Vytvořilo studio TAOX